


FICHA TÉCNICA

TIJERAS CIRUGIA METZENBAUM		
REFERENCIAS	59837	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Tijeras de microcirugía Metzenbaum rectas.	
ESPECIFICACIÓN	Longitud: 14.5 cm.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
FINALIDAD	Para cortar tejidos finos y para aislar vasos o conductos.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 ° en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	