F I C H A T É C N I C A

ESPÁTULAS PARA COMPOSITE		
REFERENCIAS	**58928:** Modelar mediana -TN001-. **58929:** Modelar extra fina -TN004-. **58930:** Modelar larga X-FINA -TN005-. **58931:** Mediana + atacador -TN002-.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	**Garrison Dental Solutions** 150 DeWitt Lane Spring Lake - MI 49456 USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según reglamento 2017/745 UE.	
DESCRIPCIÓN	-Se han diseñado cuidadosamente para proporcionar la variedad de instrumentos más optimizada y versátil para las restauraciones compuestas. - El revestimiento de nitruro de titanio es un 40 % más duro que el acero inoxidable y es la mejor superficie antiadherente para colocar, moldear y tallar compuestos. - Mangos livianos de acero inoxidable de gran diámetro que brindan una ergonomía mejorada y un control preciso para contornear y moldear con delicadeza. - Su recubrimiento especial resiste diversos métodos de limpieza y esterilización, incluida la limpieza ultrasónica.	
ESPECIFICACIÓN	**<u>Medidas:</u>** - 58928: 9.5 mm altura 9.5 mm ancho 159 mm largo - 58929,58930,58931: 9.5 mm altura 9.5 mm ancho 159.1 mm largo	
COMPOSICIÓN	Instrumentos compuestos de nitruro de titanio y acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los productos se suministran sin esterilizar y pueden limpiarse, desinfectarse y esterilizarse adecuadamente antes de su uso: - Esterilice el producto a través de autoclave de vapor y almacénelo solo en una bolsa de esterilización aprobada por CE / FDA. - Realice la Esterilización en autoclave de vapor únicamente. Realice un ciclo a270°F (132°C) y 30.46 psi (210 kPa) durante 6 minutos, siguiendo las instrucciones del fabricante del autoclave, con un tiempo de secado de 20 a 30 minutos. Nunca exceda temperaturas de 278.6°F (137°C). - No utilice técnicas de esterilización química.	
FINALIDAD	Pieza para Colocación de Composites y control preciso para contornear y dar forma delicada.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.